

**Alerte de sécurité**  
**de L'Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé**

**Risques liés à des capteurs de glycémie non autorisés de marque FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus.**

L'Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé émet une alerte de sécurité urgente pour mettre en garde le grand public et particulièrement, les patients diabétiques contre l'utilisation de certains dispositifs médicaux de surveillance du glucose. L'alerte concerne spécifiquement les capteurs de glycémie en continu de marque FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus.

Le fabricant de ces dispositifs a émis un rappel de lots, à l'échelle internationale, en raison d'un dysfonctionnement potentiel de certains de ces capteurs, qui peuvent fournir des mesures incorrectes de taux de glucose. Des lectures erronées peuvent conduire à des décisions thérapeutiques non adaptées chez les personnes diabétiques et peuvent entraîner des risques graves pour leur santé.

L'AMMPS tient à préciser que les dispositifs médicaux, objet de l'alerte, n'ont pas été enregistrés dans notre pays. Leurs vente et distribution sont strictement interdites sur le territoire marocain. Néanmoins, ces dispositifs, seraient en vente illégale via des sites web et des réseaux sociaux.

L'Agence invite les patients diabétiques utilisateurs des capteurs de glucose en continu, de faire preuve de vigilance et éviter l'utilisation de ces dispositifs médicaux.

